Alle Ergebnisse gelten für den Zeitpunkt der Kalibrierung.

Fachbereich Bauwesen und Geoinformation
Jade Hochschule, Standort Oldenburg
Tel.: (0441) 7708 3163

IMA
Institut für Mess- und Auswertetechnik

EDM-Kalibrierung: *Nullpunktsabweichung*

Schein-Nr.: ***93***

Instrument

Typ: ***Trimble S9 DR HP*** *Ident-Nr.:* ***123456789*** *Baujahr:*

Auftraggeber: ***IMA*** *Maßstab U:* ***m***

Reflektor

Typ: ***Wild Präzisionsprisma*** *Ident-Nr.:*

Kalibrierstrecke

Ort: ***Sandkrug, Alter Oldenburger Weg*** *letzte Kalibrierung:* ***15.05.2011***

Messung

Datum: ***16.01.2020*** *eingestellte Reflektorkonstante:* ***-34,0 mm***

Beobachter: ***Schmidt***

Korrektur der meteorologischen Abweichungen: ***extern***

Frequenzabweichung: ***nein***

zyklischen Abweichungen: ***nein***

Bestimmung der Nullpunktsabweichung ohne Sollstrecken durch freie Ausgleichung

Streckenverbesserungen nach der Ausgleichung



Nullpunktskorrektur: -0,6 mm ***Sigma: 0,1 mm***

.....
Datum, Unterschrift