



**IMA**  
Institut für Mess- und Auswertetechnik

Schein-Nr.: 002/00 -N

## EDM-Kalibrierung: Nullpunktabweichung

**Instrument**

Typ: **Muster** Ident-Nr.: **61 46 25** Baujahr: **1999**  
 Auftraggeber: **Mustermann** Maßstab U: **1,5 m**

**Reflektor**

Typ: **LEICA Rundprisma** Ident-Nr.: **xx**

**Kalibrierstrecke**

Ort: **Sandkrug, Alter Oldenburger Weg**


**Messung**

Datum: **29.02.00**  
 Beobachter: **Smit-Philipp**  
**0**

Korrektur der meteorologischen Abweichungen: **extern**  
 Frequenzabweichung: **ja**  
 zyklischen Abweichungen: **ja**


**Bestimmung der Nullpunktabweichung ohne Sollstrecken, sondern durch freie Ausgleichung:**

Streckenverbesserungen nach der Ausgleichung



**Nullpunktkorrektur: 0,8 mm**

Streckenverbesserungen nach der Ausgleichung bezogen auf Maßstabswelle U



.....  
 Unterschrift, Datum